



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

Set Teknik Kalibrasyon Laboratuvarı

Merkez Adres: ŞERİFALİ MAH. EMİN SK. No:13/1 ÜMRANIYE/İSTANBUL İstanbul / Türkiye

**Merkez adrese bağlı olarak aynı akreditasyon altında faaliyet gösteren şubelere ait kapsamlar eklerde belirtilmiştir.*

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0277-K

Akreditasyon Tarihi : 15.09.2022

Revizyon Tarihi / No : 25.04.2025 / 03

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **14.09.2026** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0277-K	Set Teknik Kalibrasyon Laboratuvarı	
	Akreditasyon No: AB-0277-K Revizyon No: 03 Tarih: 25.04.2025	
	Kalibrasyon Laboratuvarı	
Adresi : SERİFALİ MAH. EMİN SK. No:13/1 ÜMRANIYE/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 577 5105 Fax : - E-Posta : bilgi@setteknik.com.tr Web Sitesi :

Kimyasal Analiz, Referans Malzemeler				
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Gaz Analizörü/Dedektörü Karbonmonoksit (CO) / Azot (N ₂) içerisinde	95,00 µmol/mol ≤ C ≤ 105,00 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	%1,5	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarıda kalibrasyon yapılır.
Karbonmonoksit (CO) / Azot (N ₂) içerisinde	152,00 µmol/mol ≤ C ≤ 168,00 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	%1,5	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarıda kalibrasyon yapılır.
Karbonmonoksit (CO) / Azot (N ₂) içerisinde	346,75 µmol/mol ≤ C ≤ 383,25 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	%1,5	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarıda kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Karbondioksit (CO ₂)/ Azot (N ₂) içerisinde	0,95 cmol/mol ≤ C ≤ 1,05 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarıda kalibrasyon yapılır.
Karbondioksit (CO ₂)/ Azot (N ₂) içerisinde	2,38 cmol/mol ≤ C ≤ 2,63 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarıda kalibrasyon yapılır.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0277-K	Set Teknik Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB-0277-K Revizyon No: 03 Tarih: 25.04.2025			
	Kalibrasyon Laboratuvarı			
	Adresi : ŞERİFALİ MAH. EMİN SK. No:13/1 ÜMRANIYE/İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 216 577 5105 Fax : - E-Posta : bilgi@setteknik.com.tr Web Sitesi :		
Karbondiyoksit (CO₂)/ Azot (N₂) içerisinde	3,8 cmol/mol ≤ C ≤ 4,2 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Azotmonoksit (NO) / Azot (N₂) içerisinde	47,5 µmol/mol ≤ C ≤ 52,5 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,7	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Azotmonoksit (NO) / Azot (N₂) içerisinde	142,5 µmol/mol ≤ C ≤ 157,5 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,7	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Azotmonoksit (NO) / Azot (N₂) içerisinde	570 µmol/mol ≤ C ≤ 630 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Oksijen (O₂) / Azot (N₂) İçerisinde	5,7 cmol/mol ≤ C ≤ 6,3 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,3	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Oksijen (O₂) / Azot (N₂) İçerisinde	17,1 cmol/mol ≤ C ≤ 18,9 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,3	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0277-K	Set Teknik Kalibrasyon Laboratuvarı			
	Akreditasyon No: AB-0277-K Revizyon No: 03 Tarih: 25.04.2025			
	Kalibrasyon Laboratuvarı			
Adresi : ŞERİFALİ MAH. EMİN SK. No:13/1 ÜMRANIYE/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 577 5105 Fax : - E-Posta : bilgi@setteknik.com.tr Web Sitesi :		
Oksijen (O ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	19,9 cmol/mol ≤ C ≤ 21,99 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,3	C: Gaz deriřimi PR-08-1 (İřletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Kükürtdioksit (SO ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	66,5 µmol/mol ≤ C ≤ 73,5 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,4	C: Gaz deriřimi PR-08-1 (İřletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Kükürtdioksit (SO ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	285 µmol/mol ≤ C ≤ 315 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,4	C: Gaz deriřimi PR-08-1 (İřletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Kükürtdioksit (SO ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	665 µmol/mol ≤ C ≤ 735 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,4	C: Gaz deriřimi PR-08-1 (İřletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Metan CH ₄ / Kuru hava İçerisinde	2,09 cmol/mol ≤ C ≤ 2,31 cmol/mol	Matriksi kuru hava olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 2,0	C: Gaz deriřimi PR-08-1 (İřletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Hidrojen Sülfür H ₂ S / Azot (N ₂) İçerisinde	23,75 µmol/mol ≤ C ≤ 26,25 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 2,0	C: Gaz deriřimi PR-08-1 (İřletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0277-K	Set Teknik Kalibrasyon Laboratuvarı			
	Akreditasyon No: AB-0277-K Revizyon No: 03 Tarih: 25.04.2025			
	Kalibrasyon Laboratuvarı			
Adresi : SERİFALİ MAH. EMİN SK. No:13/1 ÜMRANIYE/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 577 5105 Fax : - E-Posta : bilgi@setteknik.com.tr Web Sitesi :		
Hidrojen Sülfür (H ₂ S) / Azot (N ₂) İçerisinde	23,275 ≤ C ≤ 26,775 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 2,0	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvar kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Propan gazı hava içerisinde (C ₃ H ₈ / Hava)	0,81 cmol/mol ≤ C ≤ 0,89 cmol/mol	Matriksi kuru hava olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-1 (İşletme İçi Metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Laboratuvar kalibrasyon yapılır.

Kısaltmalar

A : Askıda

GÇ : Geri çekme

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0277-K	SET TEKNİK EMNİYET ÇEVRE VE LABORATUVAR TEK. SAN. TİC. A.Ş. Mobil Kalibrasyon Laboratuvarı-1	
	Akreditasyon No: AB-0277-K Revizyon No: 03 Tarih: 25.04.2025	
	Kalibrasyon Laboratuvarı	
	Mobil Kalibrasyon Laboratuvarının Bağlı Olduğu Ofis Adresi: ŞERİFALİ MAH. EMİN SK. NO:13/1 ÜMRANIYE İstanbul/Türkiye Araç Plakası: 34DPF665	Telefon : +90 216 577 5105 Fax : E-Posta : Web Sitesi :

Kimyasal Analiz, Referans Malzemeler				
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Gaz Analizörü/Dedektörü Karbonmonoksit (CO) / Azot (N ₂) İçerisinde	95,00 µmol/mol ≤ C ≤ 105,00 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	%1,5	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Müşteri Yerinde • Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Karbonmonoksit (CO) / Azot (N ₂) İçerisinde	152,00 µmol/mol ≤ C ≤ 168,00 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	%1,5	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Müşteri Yerinde • Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Karbonmonoksit (CO) / Azot (N ₂) İçerisinde	346,75 µmol/mol ≤ C ≤ 383,25 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	%1,5	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Müşteri Yerinde • Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Karbon dioksit (CO ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	0,95 cmol/mol ≤ C ≤ 1,05 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Müşteri Yerinde • Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0277-K	SET TEKNİK EMNİYET ÇEVRE VE LABORATUVAR TEK. SAN. TİC. A.Ş. Mobil Kalibrasyon Laboratuvarı-1 Akreditasyon No: AB-0277-K Revizyon No: 03 Tarih: 25.04.2025			
	Kalibrasyon Laboratuvarı			
	Mobil Kalibrasyon Laboratuvarının Bağlı Olduğu Ofis Adresi: ŞERİFALİ MAH. EMİN SK. NO:13/1 ÜMRANİYE İstanbul/Türkiye Araç Plakası: 34DPF665	Telefon : +90 216 577 5105 Fax : E-Posta : Web Sitesi :		
Karbondiyoksit (CO₂)/ Azot (N₂) içerisinde	2,38 cmol/mol ≤ C ≤ 2,63 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Karbondiyoksit (CO₂)/ Azot (N₂) içerisinde	3,8 cmol/mol ≤ C ≤ 4,2 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Azotmonoksit (NO) / Azot (N₂) içerisinde	47,5 µmol/mol ≤ C ≤ 52,5 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,7	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Azotmonoksit (NO) / Azot (N₂) içerisinde	142,5 µmol/mol ≤ C ≤ 157,5 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,7	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Azotmonoksit (NO) / Azot (N₂) içerisinde	570 µmol/mol ≤ C ≤ 630 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0277-K	SET TEKNİK EMNİYET ÇEVRE VE LABORATUVAR TEK. SAN. TİC. A.Ş. Mobil Kalibrasyon Laboratuvarı-1			
	Akreditasyon No: AB-0277-K Revizyon No: 03 Tarih: 25.04.2025			
	Kalibrasyon Laboratuvarı			
Mobil Kalibrasyon Laboratuvarının Bağlı Olduğu Ofis Adresi: ŞERİFALİ MAH. EMİN SK. NO:13/1 ÜMRANIYE İstanbul/Türkiye Araç Plakası: 34DPF665		Telefon : +90 216 577 5105 Fax : E-Posta : Web Sitesi :		
Gaz Analizörü/Dedektörü Oksijen (O ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	5,7 cmol/mol ≤ C ≤ 6,3 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,3	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Müşteri Yerinde • Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Oksijen (O ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	17,1 cmol/mol ≤ C ≤ 18,9 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,3	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Müşteri Yerinde • Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Oksijen (O ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	19,9 cmol/mol ≤ C ≤ 21,99 cmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,3	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Müşteri Yerinde • Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Kükürtdioksit (SO ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	66,5 µmol/mol ≤ C ≤ 73,5 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,4	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Müşteri Yerinde • Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Kükürtdioksit (SO ₂) / Azot (N ₂) İçerisinde	285 µmol/mol ≤ C ≤ 315 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,4	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu • Müşteri Yerinde • Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0277-K	SET TEKNİK EMNİYET ÇEVRE VE LABORATUVAR TEK. SAN. TİC. A.Ş. Mobil Kalibrasyon Laboratuvarı-1 Akreditasyon No: AB-0277-K Revizyon No: 03 Tarih: 25.04.2025			
	Kalibrasyon Laboratuvarı			
	Mobil Kalibrasyon Laboratuvarının Bağlı Olduğu Ofis Adresi: ŞERİFALİ MAH. EMİN SK. NO:13/1 ÜMRANIYE İstanbul/Türkiye Araç Plakası: 34DPF665	Telefon : +90 216 577 5105 Fax : E-Posta : Web Sitesi :		
Kükürtdioksit (SO₂) / Azot (N₂) İçerisinde	665 µmol/mol ≤ C ≤ 735 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,4	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Metan CH₄ / Kuru hava içerisinde	2,09 cmol/mol ≤ C ≤ 2,31 cmol/mol	Matriksi kuru hava olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 2,0	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Hidrojen Sülfür H₂S / Azot (N₂) İçerisinde	23,75 µmol/mol ≤ C ≤ 26,25 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 2,0	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Hidrojen Sülfür (H₂S) / Azot (N₂) İçerisinde	23,275 ≤ C ≤ 26,775 µmol/mol	Matriksi azot gazı olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 2,0	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.
Gaz Analizörü/Dedektörü Propan gazı hava içerisinde (C₃H₈ / Hava)	0,81 cmol/mol ≤ C ≤ 0,89 cmol/mol	Matriksi kuru hava olan izlenebilir kalibrasyon gaz karışımları kullanılarak	% 1,5	C: Gaz derişimi PR-08-01 (İşletme İçi metot) Çalışma standardı olarak kullanılan sertifikalı gaz karışımları ile karşılaştırma metodu - Müşteri Yerinde - Mobil Tesislerde kalibrasyon yapılır.

Kısaltmalar

A : Askıda

GÇ : Geri çekme